

SỞ Y TẾ TỈNH ĐẮK NÔNG
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KRÔNG NÔ
Số: /TTYT-D-TTB,VTYT
V/v Đề nghị gửi báo giá danh mục trang thiết
bị y dụng cụ y tế.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Krông Nô, ngày 23 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: Các hãng sản xuất, các nhà cung cấp trang thiết bị y tế tại Việt Nam.

Trung tâm y tế Krông Nô có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang thiết bị cho các khoa phòng” với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin yêu cầu báo giá:

1. Trung tâm y tế huyện Krông Nô, địa chỉ thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

2. Người nhận báo giá: Ông Nguyễn Hoàng Tú, nhân viên quản lý Trang thiết bị khoa Dược-TTB,VTYT, Trung tâm y tế huyện Krông Nô, số điện thoại 0944.265.146, địa chỉ Email Nguyenhoangtudn@gmail.com.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

Nhận trực tiếp qua đường bưu điện theo địa chỉ: Nguyễn Hoàng Tú, nhân viên quản lý Trang thiết bị khoa Dược-TTB,VTYT, Trung tâm y tế huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0944.265.146 và nhận thư báo giá qua địa chỉ Email: Nguyenhoangtudn@gmail.com;

4. Thời gian nhận báo giá: Bắt đầu từ 8 giờ 00 phút ngày 27 tháng 11 năm 2023 đến hết ngày 9 tháng 12 năm 2023 (căn cứ theo dấu bưu điện, đơn vị chuyển phát nhanh); các báo giá sau thời gian trên sẽ không được xem xét lựa chọn;

5. Thời hạn báo giá tối thiểu là 90 ngày và tối đa là 120 ngày kể từ ngày 9 tháng 12 năm 2023;

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục trang thiết bị y tế: Có danh mục kèm theo phụ lục I.

2. Địa điểm giao nhận: Trung tâm y tế huyện Krông Nô, địa chỉ thôn Nam Thạnh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông;

Trung tâm Y tế huyện Krông Nô rất mong được sự giúp đỡ của quý Công ty, xin trân trọng cảm ơn! (Tú)

Nơi nhận: (Huê)

- Như kính gửi;

- Lưu: VT; Dược-TTB,VTYT (Tu02).

KT.GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

Lê Văn Thái

PHỤ LỤC I
DANH MỤC, CẤU HÌNH TRANG THIẾT BỊ ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ
(Kèm theo Công văn số /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 23 /11/2023 của TTYT huyện
Krông Nô)

STT		Tên trang thiết bị và đặc tính thông số kỹ thuật yêu cầu tối thiểu	ĐVT	Số lượng	Ghi chú
1	Đèn pin đội đầu	<p>Đèn pin đội đầu</p> <p>A Yêu cầu chung :</p> <p>Mới 100%</p> <p>B Cấu hình của thiết bị</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có dây đeo hoặc đai treo trán gắn liền với thân đèn - Đèn dùng bóng led 5 W ánh sáng trắng thời gian 50.000 giờ - Có nút điều chỉnh độ sáng của đèn - Pin sạc tích hợp trong thân đèn 1 viên dùng nhiều lần - Adapter dùng để sạc pin cho đèn 1 cái - Hộp bọc da bảo quản đèn : 1 cái 	Cái	1	
2	Đèn pin soi họng	<p style="text-align: center;">Đèn pin soi họng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mới 100% - Đèn dùng bóng led ánh sáng trắng - Dùng 2 pin tiểu AAA 	Cái	5	
3	Máy điện phân dẫn thuốc	<p style="text-align: center;">Máy điện phân dẫn thuốc</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80% <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Cáp tín hiệu bệnh nhân: 01 bộ <p>Điện cực cao su: 01 đôi</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đai điện cực 01 cái 	Cái	1	

		<ul style="list-style-type: none"> - Cấp nguồn cung cấp cho máy: 01 cái - Hướng dẫn sử dụng : 01 quyển <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dòng điện một chiều liên tục - Cường độ dòng điện không đổi - Dòng điện một chiều ngắt quãng - Thời lượng xung thay đổi và mức tăng mỗi phút - Trọng lượng nhẹ nhỏ gọn. - Âm thanh cảnh báo khi dùng xung IG - Kích thước L x B x H: 17 × 28,5 x 9 cm - Trọng lượng: 1,2 kgs - Dòng điện đầu ra: 0-40 mA - Dạng hiện tại: G / IG / F / SF - Thời lượng xung INDOSTIM – 201: 30 – 300 mSec - FARADIC: /P. width: 50 Hz / .7 mSec - Sóng: 1-6 giây (Có thể điều chỉnh liên tục) - Đầu ra: 0-40 MA có thể điều chỉnh liên tục, - Màn hình kỹ thuật số cho mô hình chẩn đoán. - Điện áp: 90-270 V, 50/60 Hz 			
4	Máy châm cứu (điện châm)	<p>Máy châm cứu (điện châm)</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220VAC ± 10%, 50 Hz - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80% <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Bút dò huyết: 01 bộ - Dây châm cứu: 01 bộ - Dây gắn điện cực dán: 02 cái - Điện cực dán: 04 cái - Adaptor 220V: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có hỗ trợ dò tìm huyết trên cơ thể người. - Có thể điều trị kết hợp với châm cứu bằng kim 	Cái	10	

		<p>châm thông thường.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Có thể định thời gian trị liệu. - Có tối thiểu 5 dạng xung (ứng với các công dụng trị liệu khác nhau) để lựa chọn. - Số kênh: có ≥ 6 kênh, kích thích ≥ 12 huyết cùng lúc <p>Thông số kỹ thuật:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Độ nhạy thăm dò huyết: - Điện trở R () 20k\square~500k\square-20k\square 510k\square~1M\square-50k\square - Công suất ngõ vào: <20VA + 15% - Tần số xung trong khoảng: 1.2 ~ ≥ 55Hz - Độ rộng xung: $\leq 0.6 \pm 0.15$ ms - Phạm vi thời gian: 0~ ≥ 60 phút $\pm 10\%$ - Cảnh báo bằng âm thanh - Tiêu chuẩn an toàn: Loại II-BF hoặc tương đương - Áp suất khí quyển cho phép trong khoảng: 500 – ≤ 1060 hpa - Kích thước trong khoảng: 220 x 170 x 75 mm - Trọng lượng: $\leq 1,7$Kg 			
5	Máy phun khí dung	<p>Máy phun khí dung</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Nguồn điện sử dụng: 220VAC $\pm 10\%$, 50 Hz - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$ <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Máy chính: 01 cái - Dây ống dẫn tạo áp lực + cốc đựng thuốc: 01 bộ - Hướng dẫn sử dụng 	Cái	5	
6	Đèn sưởi ấm	<p style="text-align: center;">Đèn sưởi ấm</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương 	Cái	4	

		<p>- Nguồn điện sử dụng: 220VAC \pm 10%, 50 Hz</p> <p>- Điều kiện hoạt động:</p> <p>+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: \geq 30 độ C</p> <p>+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: \geq 80%</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>- Đèn sưởi ấm + dây nguồn: 01 cái</p> <p>- Hướng dẫn sử dụng</p> <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>Kích thước 350x160x330 mm</p> <p>Sử dụng công nghệ Halogen không đốt khí oxi</p> <p>Không gây khô da</p> <p>Công suất tiêu thụ 400 W – 800 W</p> <p>Tính năng an toàn có lưới bảo vệ và tự động ngắt khi bị đổ ngã.</p> <p>Trọng lượng nhỏ hơn 3.5 kg</p>			
7	Đèn hồng ngoại chân cao + bóng	<p>Đèn hồng ngoại chân cao + bóng</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <p>- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p>- Nguồn điện sử dụng: 220VAC \pm 10%, 50 Hz</p> <p>- Điều kiện hoạt động:</p> <p>+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: \geq 30 độ C</p> <p>+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: \geq 80%</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>- Thân đèn kết hợp đui và chóa đèn: 01 cái</p> <p>- Bóng đèn hồng ngoại: 01 cái</p> <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>Kích thước cao: 1m</p> <p>Bóng đèn Halogen 250W không đốt khí oxi</p> <p>Không gây khô da</p> <p>Công suất tiêu thụ 75 W – 250 W có núm điều chỉnh được công suất tiêu thụ điện.</p> <p>Trọng lượng nhỏ hơn 2.5 kg</p>	Cái	6	
8	Tủ đầu giường bệnh	<p>Tủ đầu giường bệnh</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <p>- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p>- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>- Tủ đầu giường: 01 cái</p>	Cái	20	

		<p>- Hướng dẫn sử dụng</p> <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>- Tủ chia làm 3 ngăn:</p> <p>+ Ngăn trên: ngăn kéo</p> <p>+ Ngăn giữa: ô trống để đồ</p> <p>+ Ngăn dưới: có cửa mở.</p> <p>- Toàn bộ tủ làm bằng vật liệu inox</p> <p>- Kích thước 300 x 350 x 750 ± 5mm - Khung tủ inox 25 x 25 x 0.6mm, inox tấm xung quanh - Trên mặt tủ có lan can cao 50-60mm - Chiều cao của chân tủ: 80mm - Ngăn trên có tay nắm chắc chắn. Ngăn dưới được mở bằng bản lề trụ có tay nắm</p>			
9	Huyết áp điện tử	<p>Huyết áp điện tử</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <p>- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p>- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>- Đã được kiểm định theo quy định.</p> <p>- Điều kiện hoạt động:</p> <p>+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C</p> <p>+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80%</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <p>- Thân máy chính: 01 cái</p> <p>- Dây dẫn + Bao đo huyết áp kích cỡ người lớn, dùng nhiều lần</p> <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <p>- Màn hình LCD hiển thị các thông số và kết quả đo.</p> <p>- Pin chữ AAA: 4 viên</p>	Cái	8	
10	Máy đo huyết áp lò xo người lớn	<p>Máy đo huyết áp lò xo người lớn</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <p>- Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p> <p>- Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>- Đã được kiểm định theo quy định.</p> <p>- Điều kiện hoạt động:</p> <p>+ Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C</p> <p>+ Độ ẩm hoạt động tối đa tới: ≥ 80%</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu</p>	Bộ	26	

		<ul style="list-style-type: none"> - 01 Bao đo huyết áp kích cỡ người lớn, dùng nhiều lần - 01 Đồng hồ đo - 01 Quả bóp + van xả - 01 Dây nối - 01 Túi đựng nylon có dây kéo - 01 Ống nghe - 01 Cặp đầu tai nghe - 01 Mànng thay thế - Hướng dẫn sử dụng <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thang đo tuyến tính, lên đến ≥ 300 mmHg. - Dung sai tối đa: ± 3mmHg. - Ống nghe người lớn, chất liệu inoc, chiều dài ≥ 77cm 			
11	Máy đo huyết áp lò xo nhi 1-2 tuổi	<p>Máy đo huyết áp lò xo nhi 1-2 tuổi</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Đã được kiểm định theo quy định. - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$ <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Bao đo huyết áp kích cỡ trẻ em 1-2 tuổi, dùng nhiều lần - 01 Đồng hồ đo - 01 Quả bóp + van xả - 01 Dây nối - 01 Túi đựng nylon có dây kéo - 01 Ống nghe - 01 Cặp đầu tai nghe - 01 Mànng thay thế - Hướng dẫn sử dụng <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thang đo tuyến tính, lên đến ≥ 300 mmHg. - Dung sai tối đa: ± 3mmHg. - Ống nghe người lớn, chất liệu inoc, chiều dài \geq 	Bộ	4	

		77cm			
12	Máy đo huyết áp lò xo nhi 10-14 tuổi	<p>Máy đo huyết áp lò xo nhi 10-14 tuổi</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương - Đã được kiểm định theo quy định. - Điều kiện hoạt động: + Nhiệt độ hoạt động tối đa tới: ≥ 30 độ C + Độ ẩm hoạt động tối đa tới: $\geq 80\%$ <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - 01 Bao đo huyết áp kích cỡ trẻ em 10 đến 14 tuổi, dùng nhiều lần - 01 Đồng hồ đo - 01 Quả bóp + van xả - 01 Dây nối - 01 Túi đựng nylon có dây kéo - 01 Ống nghe - 01 Cặp đầu tai nghe - 01 Màng thay thế - Hướng dẫn sử dụng <p>C. Chỉ tiêu kỹ thuật</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thang đo tuyến tính, lên đến ≥ 300 mmHg. - Dung sai tối đa: ± 3mmHg. - Ống nghe người lớn, chất liệu inoc, chiều dài ≥ 77cm 	Bộ	4	
13	Kẹp gấp	<p>Kẹp gấp</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kẹp gấp : 01 cái - Chất liệu Inoc - Kích thước dài 16 cm <p>Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
14	Kéo cắt	Kéo cắt bông gạc	Cái	2	

	bông gạc	<p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kéo : 01 cái - Chất liệu thép không gỉ - Kích thước dài 20 cm - Tay cầm có bọc nhựa 			
15	Kính trắng bảo vệ	<p style="text-align: center;">Kính trắng bảo vệ</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kính trắng có gọng bọc nhựa : 01 cái - Chất liệu mắt kính bằng thủy tinh - Gọng kính bằng hợp kim có bọc nhựa - Kính dùng cho người có thị lực bình thường không phân độ cận thị hoặc loạn thị hay viễn thị 	Cái	1	
16	Bóng tập cơ tay	<p style="text-align: center;">Bóng tập cơ tay</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bóng cao su thiên nhiên có độ đàn hồi tốt : 01 cái - Đường kính : 5cm - 6cm - Bóng dùng cho việc phục hồi chức năng cơ tay cho người sau khi bị tai biến 	Quả	10	
17	Bộ tập cơ tay Hand grip	<p style="text-align: center;">Bộ tập cơ tay Hand grip</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bộ tập cơ tay có cán gỗ nối với nhau bằng lò xo có 	Cái	5	

		<p>độ đàn hồi tốt : 01 cái</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đường kính cán gỗ : 1.5cm - 2cm - Dụng cụ dùng cho việc phục hồi chức năng cơ tay cho người sau khi bị tai biến 			
18	Ghế xoay I noc	<p style="text-align: center;">Ghế xoay I noc</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ghế có mặt hình tròn kết nối với trục thẳng đứng có ren để xoay thay đổi độ cao, 3 chân ghế bằng thép không gỉ : 01 cái - Đường kính mặt ghế : 20cm 	Cái	2	
19	Ống hút tai mũi họng	<p style="text-align: center;">Ống hút tai mũi họng</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ống hút tai mũi họng số 1 : 1 cái - Chất liệu bằng inoC - Trên thân ống có tạo góc 150o ở 1/3 thân ống - Chiều dài của ống : 15cm <p>Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
20	Đồng hồ bấm giờ Artbox	<p style="text-align: center;">Đồng hồ bấm giờ Artbox</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đồng hồ có màn hình hiện thị thời gian LCD : 01 cái - Trên mặt có đầy đủ các phím chức năng cài đặt thời gian, điều chỉnh lên xuống, phím xem bộ nhớ, phím xóa thông tin, phím bấm thời gian. - Chất liệu vỏ bọc bằng nhựa - Sử dụng 01 pin AAA - Hướng dẫn sử dụng : 01 quyển 	Cái	3	

21	Mặt gương nha	<p style="text-align: center;">Mặt gương nha</p> <p>A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu - Viên ngoài gương được bọc i noc : 01 cái - Gương có độ sáng và phản chiếu rõ nét</p>	Cái	50	
22	Mũi khoan răng đầu tròn 1,5mm vạch đen	<p style="text-align: center;">Mũi khoan răng đầu tròn 1,5mm vạch đen</p> <p>A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu - Mũi khoan nha khoa đầu tròn : 01 cái - Chất liệu : Thép không rỉ - Đường kính đầu mũi khoan : 1,5mm - Đường kính cán mũi khoan : 2,35mm - Tổng chiều dài mũi khoan : 40mm – 45 mm - Cán mũi khoan : Thẳng dùng cho tay khoan chậm Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
23	Mũi khoan răng đầu tròn 2mm vạch đen	<p style="text-align: center;">Mũi khoan răng đầu tròn 2mm vạch đen</p> <p>A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu - Mũi khoan nha khoa đầu tròn : 01 cái - Chất liệu : thép không rỉ - Đường kính đầu mũi khoan : 2mm - Đường kính cán mũi khoan : 2,35mm - Tổng chiều dài mũi khoan : 40mm – 45 mm - Cán mũi khoan : Thẳng dùng cho tay khoan chậm Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
24	Mũi khoan kim	<p style="text-align: center;">Mũi khoan kim cương</p> <p>A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100%</p>	Cái	3	

	cương	<ul style="list-style-type: none"> - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương B. Cấu hình yêu cầu - Mũi khoan nha khoa đầu tròn : 01 cái - Chất liệu : Thép không rỉ - Đường kính: 2 mm - Đầu mũi khoan được tạo thành từ việc kết hợp nhiều lớp bột kim cương bằng kỹ thuật mạ kẽm. Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 			
25	Mũi khoan phẫu thuật	<p style="text-align: center;">Mũi khoan phẫu thuật</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mũi khoan nha khoa đầu tròn : 01 cái - Chất liệu : thép không rỉ - Đường kính: 2mm Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 	Cái	3	
26	Mũi khoan tay (tay khoan chậm) lớn	<p style="text-align: center;">Mũi khoan tay (tay khoan chậm) lớn</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mũi khoan nha khoa đầu tròn : 01 cái - Chất liệu - Đường kính : 2mm Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 	Cái	3	
27	Mũi khoan tay (tay khoan chậm) nhỏ	<p style="text-align: center;">Mũi khoan tay (tay khoan chậm) nhỏ</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mũi khoan nha khoa đầu tròn : 01 cái - Chất liệu : hợp kim - Đường kính : 2mm Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút 	Cái	3	

28	Mũi khoan thép tròn trụ Swwhite	<p style="text-align: center;">Mũi khoan thép tròn trụ Swwhite</p> <p>A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu - Mũi khoan nha khoa đầu tròn : 01 cái - Chất liệu - Đường kính: 2mm Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
29	Nạy thẳng cỡ nhỏ	<p style="text-align: center;">Nạy thẳng cỡ nhỏ</p> <p>A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu - Nạy thẳng cỡ nhỏ : 01 cái - Chất liệu : Inoc Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
30	Nạy thẳng cỡ vừa	<p style="text-align: center;">Nạy thẳng cỡ vừa</p> <p>A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu - Nạy thẳng cỡ vừa : 01 cái - Chất liệu : Inoc Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	5	
31	Thám châm	<p style="text-align: center;">Thám châm</p> <p>A. Yêu cầu chung: - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương</p> <p>B. Cấu hình yêu cầu - Thám châm nha khoa: 01 cái - Chất liệu : Inoc Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	10	
32	Hộp	Hộp đựng bông cotton	Cái	5	

	đựng bông cotton	<p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hộp hình trụ có nắp : 01 cái - Chất liệu : Inoc - Đường kính : 10 cm 			
33	Hộp chống sốc	<p style="text-align: center;">Hộp chống sốc</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Đạt tiêu chuẩn ban hành theo thông tư 51/2017/TT-BYT <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hộp hình chữ nhật chia ngăn để dụng cụ và thuốc chống sốc có nắp : 01 cái - Chất liệu : Nhựa - Kích thước : 7cm x 18cm x 25 cm 	Cái	2	
34	Giá để Pipet dạng tròn	<p style="text-align: center;">Giá để Pipet dạng tròn</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giá dùng để treo Micropipet có đế và có khả năng tháo rời để vệ sinh : 01 cái - Chất liệu : Nhựa - Kích thước: Cao 25cm - Đường kính đế : 25cm - Đường kính giá treo : 20cm 	Cái	3	
35	Khay quả đậu (475 ml)	<p style="text-align: center;">Khay quả đậu (475 ml)</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dạng khay hình hạt đậu độ sâu 1.5cm : 01 cái - Chất liệu : Inoc - Dung tích : 475 ml 	Cái	2	

		Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút			
36	Panh thẳng có máu	<p style="text-align: center;">Panh thẳng có máu</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Panh kẹp có máu: 01 cái - Chất liệu : Inoc - Kích thước : 18 cm <p>Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút</p>	Cái	3	
37	Bộ xúc rửa dạ dày	<p style="text-align: center;">Bộ xúc rửa dạ dày</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Phễu hình loa nôi liền ống cao su dẫn nước : 01 cái - Quả bóp cao su thiên nhiên có thiết kế val 1 chiều để tạo lực đẩy nước : 01 quả 	Bộ	1	
38	Bộ tiểu phẫu bộ lộ tĩnh mạch	<p style="text-align: center;">Bộ tiểu phẫu bộ lộ tĩnh mạch</p> <p>A. Yêu cầu chung:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm sản xuất: Từ năm 2022 trở về sau; mới 100% - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương <p>B. Cấu hình yêu cầu</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kim khâu Kronecker, cong trái, chiều dài 13 cm: 01 cái - Panh cầm máu Halstead-Mosquito, thẳng, chiều dài 12.5 cm : 04 cái Kẹp phẫu tích không máu, chiều dài 14.5 cm : 04 cái Kẹp phẫu tích có máu, 1 x 2 răng, chiều dài 16 cm : 01 cái Kìm mang kim Mayo-Hegar, chiều dài 16 cm : 01 cái Kéo Iris, thẳng, chiều dài 11 cm : 01 cái Kẹp bông băng Foerster, chiều dài 18 cm: 01 cái Bát đựng, đường kính 80 mm: 02 cái 	Bộ	1	

		khay quả đậu, kích thước 275 x 150 x 50 mm: 02 cái Móc Frazier, sắc, chiều dài 13 cm: 01 cái Vén dây thần kinh Sachs, chiều dài 18.5 cm: 01 cái Hộp tiệt trùng và bảo quản dụng cụ, kích thước phủ bì 465 x 280 x 100mm: 01 cái Hấp tiệt trùng ở nhiệt độ 121oC trong vòng 30 phút			
Tổng cộng					

Kèm theo CV số /TTYT-D-TTB,VTYT, ngày 26 /9/2023 của Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô)

BIỂU MẪU CHÀO GIÁ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày tháng năm 2023

BẢNG CHÀO GIÁ

Bảng chào giá trang thiết bị y tế TTYT huyện Krông Nô

Kính gửi: Trung Tâm Y tế huyện Krông Nô

STT	Tên trang thiết bị y tế	Ký, mã, nhãn hiệu, Model/hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá (VNĐ)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan VAT(VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (NVD)	Thành tiền (VNĐ)
	Trang thiết bị									
1										
2										
3										
4										
5										

Ghi chú:

- Báo giá đã bao gồm các loại chi phí vận chuyển, phí VAT và các chi phí khác (nếu có).
- Báo giá có giá trị trong vòng ngày, kể từ ngày ... tháng.... Năm 2023 .
- Giá trị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm những quy định của Pháp luật về cạnh tranh bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày tháng năm 2023
ĐẠI DIỆN CÔNG TY
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

